

厦门市宏业工程建设技术有限公司  
**试验室用混凝土搅拌机校验记录**

校验编号:

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果	
外观及工作情况	1. 应有铭牌。 2. 外表面平整光洁、启动平稳，工作正常。 3. 应有控制器，绝缘性能良好				
搅拌均匀时间	≤45s				
负载能力	满载停机 5min 后启动运转正常				
	超载 10%时运转正常				
搅拌轴转速	45 转/分				
结论					
校验用标准器具编号（名称）：          					
校验人：			复核人：		
校验日期：	年	月	日	下次校验日期：	年 月 日
批准人：				批准日期：	年 月 日