

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-23-F
土工用环刀校验规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

1.1 本规程适用于新的或使用中的土工用环刀的校验。

1.2 土工用环刀系用于按《土工试验方法标准》(GB/T50123—1999)测试粘性土密度的专用设备。

1.3 校验周期为半年。

2 技术要求

2.1 外观：应圆整，无明显变形，无缺损。

2.2 高度： $52.2\text{ mm} \pm 0.10\text{ mm}$ 。

2.3 内径： $69.8\text{ mm} \pm 0.15\text{ mm}$ 。

3 校验用标准器具

3.1 游标卡尺：量程为 300 mm，分度值为 0.01 mm。

4 校验方法

4.1 目测检查环刀外观质量。

4.2 用游标卡尺测量土工用环刀垂直方向 2 点内径。

4.3 用游标卡尺测量土工用环刀三点高度。

5 校验结果评定

5.1 环刀内径高度、外观必须符合技术要求，否则必须更换。

6 附录

6.1 校验记录。

