厦门市宏业工程建设技术有限公司

多功能电动击实仪校验记录

校验编号：　　第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	

校验项目	技术要求	校验数据		校验结果
外观及工作情况	铭牌 击锤 基座			
锤　　重	轻型 2500g±5g 重型 4500g±9g			
锤底直径	51 ㎜±0.1 ㎜			
击筒内径	轻型 102 ㎜±0.2 ㎜ 重型 152 ㎜±0.3 ㎜			
击筒高度	116 ㎜±0.23 ㎜			
落　　高	轻型 305 ㎜±3 ㎜ 重型 457 ㎜±4 ㎜			
击　　数	轻型 25 击 重型 94 击			
击实速率	14 击/分钟			
结　　论				

校验用标准器具编号（名称）：

校验人：　　复核人：

校验日期：　　年　　月　　日　　下次校验日期：　　年　　月　　日

批准人：　　批准日期：　　年　　月　　日