

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-26-F
震击式标准振筛机校验规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

- 1.1 本规程适用于新的或使用中的震击式标准振筛机的检验。
- 1.2 本机适用于《普通砼用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）标准, 测试建筑用砂、石粒径的专用设备。
- 1.3 检验周期半年。

2 技术要求

- 2.1 仪器应有铭牌、包括制造厂、出厂日期、出厂编号和型号。
- 2.2 外观应平整光洁, 无破损。
- 2.3 接地绝缘性能良好。
- 2.4 筛子摇动次数每分钟为 226 次, 上下震击次数每分钟为 148 次。

3 校验用标准器具

- 3.1 秒表：分度值为 0.1s。

4 检验方法

- 4.1 用感官和启动试验检查, 应符合 2.1 、2.2、2.3 条规定。
- 4.2 用秒表计时人工计数测量, 应符合 2.4 条规定。

5 检验结果

- 5.1 震击式标准振筛机必需符合全部技术要求。

6 附录

- 6.1 检验记录。

