

厦门市宏业工程建设技术有限公司
震击式标准振筛机校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果	
外观与 工作性 状态	铭牌				
	外观平整光洁、无破损				
	绝缘性能				
筛子摇动 次数	每分钟为 226 次				
筛子上下 顶击次数	每分钟为 148 次				
结 论					
校验用标准器具编号（名称）：					
校验人：			复核人：		
校验日期：		年 月 日	下次校验日期：		年 月 日
批准人：		批准日期：		年 月 日	