

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-84-F
FA-AQW-C 安全网综合检测试验台操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 日 01 日

1 概述

1.1 本设备适用于建筑等高处作业用的安全网，平网，立网或密目式安全立网。

1.2 工作环境：温度不高于+40`C 也不要低于-25`C；海拔不高于 2000 米的地方。

1.3 开机前注意事项

1.3.1 通电前先检查设备供电电源是否正常。

1.3.2 检查卷扬机和行程开关动作的准确性。

2 操作步骤

2.1 接通电控柜电源，系统上电。释放装置置于地面以上规定的“零点”位置，根据要做的检测项目（耐冲击或耐贯穿），点击“吸合”按钮，挂上所需形状，质量的落体。

2.2 按提升按钮，使落体底面略高于预绑网面位置时，安装好被测安全网，再次设置计米器的预置值为相应试验项目所需的提升高度（10 米，3 米，2 米或 1.5 米）

2.3 待落体停稳时，按下相应的“冲击”按钮

2.4 按标准判定试验结果是否合格。

2.5 试验结束后，释放装置降到低点，关闭“电源”，将冲击和贯穿落体放置好。

2.6 整理测试结果，整理检测报告。

3 维护和保养

3.1 使应保证各钢结构的螺栓连接处，必须连接紧固。

3.2 做好操纵手柄，电控柜，卷扬机部分防雨，防晒保护。

3.3 定期检查行程开关的动作林敏性。

3.4 整机长时间停用时，应拔去电源插头并注意防雨。

3.5 设备要做好安全接地保护及避雷措施。