

厦门市宏业工程建设技术有限公司

砂的相对密度仪校验记录

校验编号：第 页 共 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目		技术要求		校验数据	
外观		应有铭牌，击锤应能在导筒内自由下落			
小金属圆筒	金属圆筒内径	50±0.1（mm）		平均值：	
	金属圆筒高度	127±0.3（mm）		平均值：	
	击锤锤底直径	50±0.1（mm）		平均值：	
大金属圆筒	金属圆筒内径	100±0.2（mm）		平均值：	
	金属圆筒高度	127±0.3（mm）		平均值：	
	击锤锤底直径	100±0.2（mm）		平均值：	
击锤	落高	150±0.3（mm）		平均值：	
	质量	1250±5（g）			
振动叉	击球直径	30±0.06（mm）		平均值：	
	击球间距	180±0.4（mm）		平均值：	
长颈漏斗颈管内径		12±0.04（mm）		平均值：	
锥形塞直径		15±0.04（mm）		平均值：	
结 论					
校验用标准器具编号（名称）：					
校验人：		复核人：		校验日期： 年 月 日	
批准人：		批准日期：		年 月 日	