

WJ-3 型相对密度仪校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号				
校验依据				校验周期				
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果				
外 观	应有铭牌 平整光洁、启动平稳							
锤直径	$\varnothing 50 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$							
锤 重	$1250\text{g} \pm 5\text{g}$							
落 高	$150 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$							
容 积	250cm 按实测值计量							
试筒质量	1240g 按实测值计量							
击 数	要求人工定时自控停机良好							
振动次数	150-200 次/min							
结 论								
校验用标准器具编号（名称）：								
校验人：			复核人：					
校验日期：		年	月	日	下次校验日期：	年	月	日
批准人：		批准日期：		年	月	日		