

厦门市宏业工程建设技术有限公司
混凝土收缩膨胀仪校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号				
校验依据				校验周期				
校验项目	技术要求	校验数据			校验结果			
外观	应有铭牌 表面应光滑，各部分完整、齐全							
标准棒长度	540 mm ± 0.2 mm							
通孔距底座距离	50 mm ± 0.1 mm							
	75 mm ± 0.1 mm							
	100 mm ± 0.1 mm							
标准杆的中心高度	50 mm ± 0.05 mm							
	75 mm ± 0.05 mm							
	100 mm ± 0.05 mm							
结 论								
校验用标准器具编号（名称）：								
校验人：			复核人：					
校验日期：		年	月	日	下次校验日期：	年	月	日
批准人：		批准日期：		年	月	日		