

厦门市宏业工程建设技术有限公司

混凝土贯入阻力仪校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求		校验数据		校验结果
外观	应有铭牌 表面光滑，各部分完整、内 表面无凹凸；手柄能上下自 由移动				
	上口径 $\varnothing 160\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$				
	下口径 $\varnothing 150\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$				
试料 容器 尺寸	净高 $150\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$				
	测针长度 $100\text{ mm}\pm 1\text{ mm}$				
	测 针 直 径	11.28 mm $\pm 0.02\text{ mm}$			
		7.98 mm $\pm 0.02\text{ mm}$			
5.04 mm $\pm 0.02\text{ mm}$					
贯入深度	25 mm $\pm 2\text{ mm}$				
结 论					
校验用标准器具编号（名称）：					
校验人：			复核人：		
校验日期：		年	月	日	下次校验日期：年 月 日
批准人：		批准日期：		年	月 日