

## 击实仪（手动）校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求	校验数据			校验结果
外观及工作情况	击锤应配导筒，击锤与导筒间应有足够的间隙使锤能自由的下落，				
锤重	轻型 2500g±5g				
	重型 4500g±10g				
锤底直径	轻型 51 mm±1 mm	1:	2:	平均值:	
	重型 51 mm±1 mm	1:	2:	平均值:	
击筒内径	轻型 102 mm±1 mm	1:	2:	平均值:	
	重型 152 mm±1 mm	1:	2:	平均值:	
击筒高度	轻型 116 mm±1 mm	1:	2:	平均值:	
	重型 116 mm±1 mm	1:	2:	平均值:	
落高	轻型 305 mm±5 mm				
	重型 457 mm±5 mm				
结论					
校验用标准器具	编号	名称	检定编号	有效期	
校验人：	复核人：	校验日期：	年	月	日
批准人：		批准日期：	年	月	日