

厦门市宏业工程建设技术有限公司

级配砂石最大干密度试验装置校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称				型号规格				设备编号				
校验依据									校验周期			
校验项目		技术要求		校验数据						校验结果		
外观		圆柱形金属筒， 外观平整光滑。										
试筒	内径	大筒 D：（280±1）mm		1：		2：		均值：				
		小筒 D：（152±1）mm		1：		2：		均值：				
	高度	大筒套筒高度 250±5 mm		1：		2：		均值：				
		小筒套筒高度 305±5 mm		1：		2：		均值：				
	试筒体积	容量筒质量 g ₁ （kg）	大筒									
			小筒									
		装满水后总质量 g ₂ （kg）	大筒									
			小筒									
		试筒体积（cm ³ ）	大筒									
			小筒									
试样表面静压力	加重底板与加重块的总质量(kg)	大筒										
		小筒										
	加重底板直径（mm）	大筒	1：		2：		均值：					
		小筒	1：		2：		均值：					
	试样表面静压力（kPa）	大筒										
		小筒										
结 论												
校验用标准器具	编号	名称		检定编号				有效期				
校验人：		复核人：		校验日期：		年		月		日		
批准人：				批准日期：		年		月		日		