

厦门市宏业工程建设技术有限公司
砂压碎值测定仪校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		设备编号	
校验依据				出厂日期	
校验项目	技术要求	校验数据			校验结果
外 观	有铭牌				
加 压 块	高 $h = (75 \pm 1) \text{ mm}$	1:	2:	均值:	
	上部直径 $d_1 = (50 \pm 1) \text{ mm}$	1:	2:	均值:	
	下部直径 $d_2 = (76 \pm 1) \text{ mm}$	1:	2:	均值:	
圆 模	内径 $D_1 = (77 \pm 1) \text{ mm}$	1:	2:	均值:	
	外径 $D_2 = (97 \pm 5) \text{ mm}$	1:	2:	均值:	
底 盘	内径 $D_3 = (97 \pm 5) \text{ mm}$	1:	2:	均值:	
	外径 $D_4 = (117 \pm 8) \text{ mm}$	1:	2:	均值:	
结 论					
校验用 标准器具	编号	名称	检定编号		有效期
校验人： 复核人： 校验日期： 年 月 日					
批准人： 批准日期： 年 月 日					