

厦门市宏业工程建设技术有限公司

饱和面干试模及捣棒校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		设备编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求	校验数据			校验结果
外观	应有铭牌				
试模	锥底内径 $\varnothing 90\text{ mm}\pm 4\text{ mm}$	1:	2:	均值:	
	锥面内径 $\varnothing 40\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$	1:	2:	均值:	
	锥高 $73\text{ mm}\pm 3\text{ mm}$				
捣棒	重 $340\text{ g}\pm 15\text{ g}$				
	捣棒头直径 $\varnothing 25\text{ mm}\pm 1\text{ mm}$	1:	2:	均值:	
	捣棒柄直径 $\varnothing 15\text{ mm}\pm 1\text{ mm}$	1:	2:	均值:	
结 论					
校验用 标准器具	编号	名称	检定编号		有效期
校验人： 复核人： 校验日期： 年 月 日					
批准人： 批准日期： 年 月 日					