## 厦门市宏业工程建设技术有限公司

## 电动重型击实仪校验记录

校验编号: 第1页 共1页

仪器名称		型号规格		仪器编号			
校验依据				校验周期		6 个月	
校验项目	技术要求	校验数据			校验结果		
外观及 工作情况	铭牌 击锤 基座						
锤 重	轻型 2500g±5g						
	重型 4500g±9g						
锤底直径	50 mm ± 1.0 mm						
击筒内径	轻型 100 mm ± 0.5 mm						
	重型 152 ㎜ ±0.5 ㎜						
击筒高度	轻型 127 mm ± 1.0 mm						
	重型 170 ㎜ ±1.0 ㎜						
落高	轻型 300 mm ± 5 mm						
	重型 450 mm ±5 mm						
击数	轻型 27 击						
	重型 98 击						
击实速率	32 击/分钟						
结 论							
校验用标准器具编号(名称):							
校验人: 复核人:			校验日期:		年	月	目
批准人:			批准日期:		年	月	日