厦门市宏业工程建设技术有限公司

401A 老化试验箱校验记录

校验编号：　　第 1 页 共 1 页

<table>
<tr><td>仪器名称</td><td colspan="2"></td><td>型号规格</td><td></td><td>仪器编号</td><td></td></tr>
<tr><td>校验依据</td><td colspan="4"></td><td>校验周期</td><td></td></tr>
<tr><td>校验项目</td><td>技术要求</td><td colspan="4">校验数据</td><td colspan="2">校验结果</td></tr>
<tr><td rowspan="3">外观与工作性状态</td><td>铭牌</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>音响</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绝缘性能</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">技术参数</td><td>温度范围：50～200℃</td><td>50</td><td>80</td><td>110</td><td>140</td><td>170</td><td>190</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>控制温度允许偏差
±2℃</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>恒温稳定性</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>结　　论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="7">校验用标准器具编号（名称）：</td></tr>
<tr><td colspan="7">校验人：　　复核人：</td></tr>
<tr><td colspan="7">校验日期：　　年　　月　　日　　下次校验日期：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="7">批准人：　　批准日期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>