

数显白度仪校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号				
校验依据				校验周期				
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果				
外观	应有铭牌 开机工作正常							
零点漂移	≤0.2/10min							
示值漂移	≤0.3/3min							
测量孔径	Ø30 mm ± 0.3 mm							
标定情况	可调零							
	可调到标定值							
结 论								
校验用标准器具编号（名称）：								
校验人：			复核人：					
校验日期：		年	月	日	下次校验日期：	年	月	日
批准人：		批准日期：		年	月	日		