1 总则

1.1 本规程适用于新的或使用中的反射率测定仪的校验。

1.2 反射率测定仪主要用于测定漆膜遮盖力的专用设备。

1.3 校验周期为半年。

2 技术要求

2.1 仪器要有铭牌。开机工作正常。

2.2 可调零，可校正标准值。

3 校验方法

3.1 用感官和启动试验检测，应符合 2.1 条要求。

3.2 用校零旋钮、校标旋钮和白色标准白板检测。

4 校验结果评定

4.1 反射率测定仪必须全部符合技术要求。

5 附录

5.1 校验记录。