

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-48-F
XB 线棒涂布器校验规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

- 1.1 本规程适用于新的或使用中的 XB 线棒涂布器的校验。
- 1.2 XB 线棒涂布器主要用于涂布规定厚度的湿膜的专用设备。
- 1.3 校验周期为半年。

2 技术要求

- 2.1 仪器要有铭牌。
- 2.2 XB-80 线径为 80 微米 \pm 2.5 微米。
- 2.3 XB-100 线径为 100 微米 \pm 2.5 微米。
- 2.4 XB-120 线径为 120 微米 \pm 2.5 微米。

3 校验用标准器具

- 3.1 刻度放大镜：分度值为 2.5 微米。

4 校验方法

- 4.1 用感官检测，应符合 2.1 条要求。
- 4.2 用测量线径。

5 校验结果评定

- 5.1 XB 线棒涂布器必须全部符合技术要求。

6 附录

- 6.1 校验记录。

