

反复弯曲试验机校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果	
外观与 工作情况	应有铭牌				
	夹片圆弧表面应光滑、 无缺陷				
	能正常运行				
	计数器能正常记数				
摇臂与 夹片距离	35 mm ± 0.35 mm				
	50 mm ± 0.5 mm				
	75 mm ± 0.75 mm				
结 论					
校验用标准器具编号（名称）：					
校验人：			复核人：		
校验日期：	年	月	日	下次校验日期：	年 月 日
批准人：	批准日期：			年	月 日