

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-52-F
定时电动搅拌器校验规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

- 1.1 本规程适用于新的或使用中的定时电动搅拌器的校验。
- 1.2 定时电动搅拌器主要用于溶液搅拌的专用设备。
- 1.3 校验周期为半年。

2 技术要求

- 2.1 仪器要有铭牌。
- 2.2 开机运行正常。
- 2.3 机械定时：5-120 分钟，其误差应在 30s 以内。

3 校验用标准器具

- 3.1 秒表：分度值为 0.1s。

4 校验方法

- 4.1 用感官和启动试验检测，应符合 2.1、2.2 条要求。
- 4.2 用秒表测量 5min、15min、30min 三点的定时是否准确。

5 校验结果评定

- 5.1 定时电动搅拌器必须全部符合技术要求。

6 附录

- 6.1 校验记录。

