

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-38-F
贝克曼梁路面弯沉仪校验规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

- 1.1 本规程适用于贝克曼梁路面弯沉仪的校验。
- 1.2 贝克曼梁路面弯沉仪是测定路基路面回弹弯沉值的仪器。
- 1.3 校验周期为半年。

2 技术要求

- 2.1 外观应符合《贝克曼梁路面弯沉仪》（JT/T 120—2008）4.1 条款要求。
- 2.2 基本参数应符合《贝克曼梁路面弯沉仪》（JT/T 120—2008）表 1 规定的要求。

3 校验用标准器具

- 3.1 应按照《贝克曼梁路面弯沉仪》（JT/T 120—2008）5.1 条款配备。

4 校验方法

- 4.1 应按照《贝克曼梁路面弯沉仪》（JT/T 120—2008）5.2 至 5.8 条款进行。

5 校验结果评定

- 5.1 校验结果满足 2.1 与 2.2 的技术要求，即为合格，可以使用。

6 附录

- 6.1 校验记录。

