

**磁力加热搅拌器校验记录**

校验编号:

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号				
校验依据				校验周期				
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果				
外观	应有铭牌							
	开机工作正常							
加热效果	在环境温度 20℃ 左右时 100CC 溶液，加热 8 分钟左右，一般可达到 90℃ ± 5℃							
结 论								
校验用标准器具编号（名称）:								
校验人:			复核人:					
校验日期:		年	月	日	下次校验日期:	年	月	日
批准人:		批准日期:		年	月	日		