

土壤粉碎机校验记录

校验编号:

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果	
外观及工作情况	应有铭牌				
	工作正常				
筛孔直径	Ø2 mm				
土壤样品过筛率	>95%				
结 论					
校验用标准器具编号 (名称):					
校验人: _____ 复核人: _____					
校验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 下次校验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日					
批准人: _____ 批准日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日					