

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-74-F
跳桌校验规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

1.1 本校验规程适用水泥胶砂流动度测定用跳桌的校验。

1.2 校验周期为半年。

2 技术要求

2.1 外观与运行检查，跳桌、试模与捣棒完好，跳桌运转正常。

2.2 测得流动度标准样（JB W01-1-1）的流动度值与标样给定的流动度值相差应在规定范围内。

3 校验用标准器具

3.1 流动度标准样（JB W01-1-1）。

4 校验方法

4.1 用感官与开动机器检查，是否符合第 2.1 条要求。

4.2 依据《水泥胶砂流动度测定方法》（GB/T 2419—2005）标准，采用流动度标准样（JB W01-1-1）测得的流动度值，并计算所测得流动度值与标样给定的流动度值之差。

5 检验结果评定

5.1 新安装的或使用中的跳桌，其技术要求符合第 2.1、2.2 条规定的，即为合格。

6 附录

6.1 校验记录

