

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号: XHYJ3c-53-F
ZH. DG-80 型混凝土振动台操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期: 2009 年 07 月 01 日

1 概述

1.1 适用范围: 本振动台主要用于混凝土振实成型试验。

1.2 主要技术指标:

1.2.1 台面尺寸为 600×800mm。

1.2.2 最大载重为 250 kg。

1.2.3 振动频率为 $50 \pm 3\text{HZ}$ 。

1.2.4 振幅为 $0.5 \pm 0.02 \text{ cm}$ 。

2 操作步骤

2.1 把试模紧固在工作台面上。

2.2 取动振动台。

2.3 振动时间到后, 停止振动。

2.4 取下试模。

2.5 试验完毕, 清扫干净振动台。

3 维护和保养

3.1 振动台每次使用完毕后, 应清扫干净, 并使其保持干燥清洁。

3.2 振动台不宜空转。

