

厦门市宏业工程建设技术有限公司  
砂浆稠度测定仪校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
项 目	技术要求	校验数据		校验结果	
外 观	平整光洁				
试锥与滑杆	试锥高：145mm±1mm				
	试锥直径：75mm±0.5mm				
	试锥与滑杆合重 300±2g				
盛浆容器	容器高：180mm±2 mm				
	容器内径：150mm±1mm				
结 论					
校验用标准器具编号（名称）：					
校验人：			复核人：		
校验日期：	年	月	日	下次校验日期：	年 月 日
批准人：	批准日期：			年	月 日