锥形量热计校验记录

校验编号:

第1页 共1页

仪器名称		型号规格			仪器编号			
校验依据					校验周期			
序 号	校验项目				校验数据			
1	仪器状态							
2			1					
	热流计传感器表面与屏蔽板之间的 距离 10mm 且热流计记录仪上的数 值显示在(49.90~50.10)kW/m²		2					
			3					
			4					
			5					
	时主控制器上右表中"TEMP"的 值 (℃)	MP"的数	6					
			7					
			8					
			9					
			10					
校验用 标准器具	1.热流计: (0~100) kW/m2; 2.钢直尺: 精度 1mm。							
结 论								
备 注								
校 验 人:	复核人:							
校验日期:	年月	日	下次校验日期:			年	月	日
批准人:		批准日期:				年	月	В