

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-06-F
砂浆稠度测定仪校验规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

- 1.1 本规程适用于新制的或使用中的以及检修后的砂浆稠度测定仪。
- 1.2 本测定仪系用于按《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T70-2009）规定测定砂浆稠度的专用设备。
- 1.2 砂浆稠度测定仪校验周期为半年。

2 技术要求

- 2.1 仪器应有铭牌、制造厂、测量范围。
- 2.2 刻度盘、底座表面平整光洁。
- 2.3 滑杆及盛浆容器外观不应变形。

3 校验用标准器具

- 3.1 药物天平：量程500g，分度值0.5g。
- 3.2 游标卡尺：量程300mm，分度值0.01mm。

4 检验方法

- 4.1 试锥高度为 $145\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 。
- 4.2 试锥直径为 $75\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ 。
- 4.3 试锥连同滑杆的重量为 $300\text{g} \pm 2\text{g}$ 。
- 4.4 盛浆容器高度为 $180\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。
- 4.5 盛浆容器锥底内径为 $150\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 。

5 校验结果评定

- 5.1 砂浆稠度测定仪必须全部符合检验方法的技术要求。

6 附录

- 6.1 校验记录

