

厦门市宏业工程建设技术有限公司  
砂浆分层度测定仪校验记录

校验编号：

第 1 页 共 1 页

|                |               |       |      |      |         |   |   |   |
|----------------|---------------|-------|------|------|---------|---|---|---|
| 仪器名称           |               | 型号规格  |      | 仪器编号 |         |   |   |   |
| 校验依据           |               |       |      | 校验周期 |         |   |   |   |
| 项 目            | 技术要求          | 校验数据  |      | 校验结果 |         |   |   |   |
| 外 观            | 应有铭牌          |       |      |      |         |   |   |   |
| 密 水            | 密封不漏水         |       |      |      |         |   |   |   |
| 尺 寸            | 内 径：150mm±1mm |       |      |      |         |   |   |   |
|                | 上节高：200mm±1mm |       |      |      |         |   |   |   |
|                | 下节高：100mm±1mm |       |      |      |         |   |   |   |
| 结 论            |               |       |      |      |         |   |   |   |
| 校验用标准器具编号（名称）： |               |       |      |      |         |   |   |   |
|                |               |       |      |      |         |   |   |   |
| 校验人：           |               |       | 复核人： |      |         |   |   |   |
|                |               |       |      |      |         |   |   |   |
| 校验日期：          |               | 年     | 月    | 日    | 下次校验日期： | 年 | 月 | 日 |
|                |               |       |      |      |         |   |   |   |
| 批准人：           |               | 批准日期： |      | 年    | 月       | 日 |   |   |